

Albert Balzer AG, Werbhollenstrasse 52, CH-4143 Dornach

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declares in sole responsibility that the products / déclare sous sa seule responsabilité que le produit

TFE a b c d Nr i und/and/et **TFE a b c d Nr s**
Typschlüssel TFE siehe Bedienungsanleitung
Modelcode see Instrucion Manual / Modèle de code voir en manuelle

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
conforms with the regulations of the following European Directives:
est conforme aux prescriptions et directives Européenes suivantes:

2014/34/EU

Angewandte harmonisierte Normen oder normative Dokumente:
Applied harmonised standards or normative documents:
Normes harmonisées ou documents normatifs appliqués:

EN 60079-0	2012 mit A11: 2013
EN 60079-11	2012
EN 60079-26	2015
EN 60079-31	2015

EG Baumusterprüfbescheinigung Nr.:
EC-Type Examination Certificate No.:
Numéro de l'attestation d'examen CE de type:

PTB 01 ATEX 2206 X

EN IEC 60079-0:2018

Die Unterschiede von EN 60079:2012+A11:2013 zu EN IEC 60079-0:2018 wurden durch Albert Balzers AG beurteilt. Die Unterschiede betreffen diese Produkte nicht.

The differences between EN 60079:2012+A11:2013 and EN IEC 60079-0:2018 were assessed by Albert Balzers AG. The differences do not affect these products.

Les différences entre les normes EN 60079:2012+A11:2013 et EN IEC 60079-0:2018 ont été évaluées par Albert Balzers AG. Les différences n'affectent pas ces produits.

Benannte Stelle, die die QS-Überwachung durchführt:
Notified body performing the QA surveillance:
Organisme notifié de contrôle du système de qualité:

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG, Fehraltorf, NB: 1258

Erstmalige Anbringung des CE-Zeichens:
CE mark first affixed:
Année de mise en conformité CE:

02

Dornach, 19. August 2020

Remo Kamber
Geschäftsführer
Managing director
Le Directeur